

人白细胞介素 4 酶联免疫吸附测定试剂盒

产品编号：MA0727 规格：96 次

产品内容

产品组成	体积/数量
人 IL-4 预包被板	8 孔条×12 个
样品稀释液	30mL
重组人 IL-4 标准品(冻干)	2 支 (10ng/支)
生物素标记人 IL-4 抗体	130 μL (效价 1:100)
抗体稀释液	12mL
酶复合物 (HRP 标记的链霉亲和素)	130 μL (效价 1:100)
酶复合物稀释液	12mL
浓缩洗涤液 (25×)	30mL
显色剂 TMB	10mL
终止液	10mL
封板胶纸	4 张

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法，用于检测样品中人IL-4的浓度。人IL-4捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的人IL-4会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的人IL-4抗体后，抗人IL-4抗体与人IL-4结合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的HRP就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在人IL-4，则会形成免疫复合物，其上连接的HRP会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取450nm处的OD值，人IL-4浓度与OD450值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中OD值，即可计算出样品中人IL-4的浓度。

白细胞介素4(IL-4)是一种多功能细胞因子，主要是由激活的T淋巴细胞、肥大细胞与骨髓基质细胞表达。IL-4因为糖基化不同，分子量从15到19kDa不等。

IL-4对多种细胞都起到调节免疫反应功能的作用，其可以参与B细胞的激活过程，是DNA合成的协同刺激分子，还能诱导静息B细胞上II型MHC(主要组织相容复合体)分子的表达。IL-4还能增强IgE与IgG1的分泌以及在细胞表面的表达，并可以调节淋巴细胞和单核细胞上对IgE低亲和Fc受体的表达。IL-4在抗体亚型转换中也起到重要的调节作用，是T辅助前体细胞向Th2细胞分化的重要调节因子，从而间接调节体液免疫以及抗体的生成。此外，IL-4基因在机体中的遗传变异可导致缺血性中风易感性提高，以及脑血管意外或脑梗塞等疾病的发生。



产品参数:

检测范围	15.62pg/mL~1,000pg/mL
敏感性	5pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

使用方法

(一) 样品制备

1.根据样品种类选择相应的处理方法：

- (1) 细胞上清：将细胞培养上清液100~500×g离心5min，去除悬浮物后即可。
- (2) 血清样品：将全血在室温下静置0.5~2h，待其自然凝固并析出血清后，离心取黄色上清即可(4℃，1,000~2,000×g，10min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血清需置于冰上待用，请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂；
- (3) 血浆样品：使用EDTA对全血进行抗凝处理后，混合均匀置于冰上，离心取黄色上清即可(4℃，1,000~2,000×g，10min)，注意请勿吸取沉淀，制备好的血浆需置于冰上待用；
- (4) 组织匀浆/体液：离心去除沉淀即可。

注意：

- ①若待测样品无法及时检测，样品制备完成后，请分装冻存于-20℃，避免反复冻融；
- ②请保证待测样品清澈透明，检测前如发现样品中有悬浮物，需通过离心去除；
- ③为了保证检测结果准确，请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2.稀释样本

查阅相关文献，预估样品中待测因子的含量，从而确定适当的稀释倍数，使稀释后样品中待测因子的浓度处于ELISA试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同，分别采取不同的稀释方案：

- (1) 待测因子含量在10~100ng/mL范围内，一般按1:100稀释，即向297 μL样品稀释液中加入3 μL样品；
- (2) 待测因子含量在1~10ng/mL范围内，一般按1:10稀释，即向225 μL样品稀释液中加入25 μL样品；
- (3) 待测因子含量在15.62~1,000pg/mL范围内，一般按1:2稀释，即向100 μL样品稀释液中加入100 μL样品；
- (4) 待测因子含量≤15.62pg/mL，样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考，实验中请详细记录样品的稀释方法。

(二) 检测准备工作



3. 试剂盒自4°C冰箱取出后，请置于室温平衡20min；如从-20°C取出，各组分需彻底融化后再平衡20min；检测完成后，剩余试剂请及时置于4°C或-20°C保存。
4. 将浓缩洗涤液(25×)用双蒸水或去离子水稀释成1×洗涤液。
5. 重组人IL-4标准品的稀释和使用(在使用前2h内准备，室温操作，请严格控制在25~28°C)
- (1) 配制10ng/mL标准品：取1mL样品稀释液加入标准品管内，盖好后静置15min以上，然后反复颠倒/搓动以助溶解；
- (2) 配制1,000pg/mL标准品：取100μL10ng/mL的标准品加入有900μL样品稀释液的EP管中，混匀，做上标记；
- (3) 按下表将1,000pg/mL标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为1,000pg/mL，将标准品稀释液作为浓度0pg/mL。)

管号	稀释液用量(μL)	复溶后标准品用量(μL)	标准品的最终浓度(pg/mL)
A	0	1000	1,000
B	300	300(从A管取出)	500
C	300	300(从B管取出)	250
D	300	300(从C管取出)	125
E	300	300(从D管取出)	62.5
F	300	300(从E管取出)	31.25
G	300	300(从F管取出)	15.62
H	300	0	0

注意：标准品复溶加样后，剩余部分请丢弃。

6. 准备生物素标记人IL-4抗体工作液

- (1) 按每孔需添加100μL抗体工作液，计算其总用量(为弥补操作中的损耗，需多配制100~200μL)；
- (2) 按1μL生物素标记人IL-4抗体添加99μL抗体稀释液的比例配制工作液，轻轻混匀。

7. 准备酶复合物工作液(需在使用前1h内准备)

- (1) 按每孔需添加100μL酶复合物工作液，计算其总用量(为弥补操作中的损耗，需多配制100~200μL)；
- (2) 按1μL酶复合物添加99μL酶复合物稀释液的比例配制工作液，轻轻混匀。

(三) 检测流程

8. 通过计算确定一次实验所需的板条数，取出所需板条放置于框架内，多余的板条请放回铝箔袋密封，保存于4°C或-20°C。

注意：

- ① 标准品和样品建议做双复孔检测；
- ② 每次实验均需绘制标准曲线。

9. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100μL/孔)分别加入相应孔中，用封板胶纸封住反应孔，37°C孵育90min。

注意：

- ① 请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度，若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度，请将样品适当稀释后再进行检测；
- ② 整个加样过程不宜超过10min，否则可能会影响检测结果。



- 10.甩去酶标板内液体，无需洗板，将板倒扣在吸水纸上拍干。
 - 11.加入稀释后的生物素标记人IL-4抗体工作液(100μL/孔)，用封板胶纸封住反应孔，37°C孵育60min。
 - 12.洗板5次，每孔1×洗涤液用量为300μL，注入与吸出间隔15~30s，洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干。
- 注意：洗涤过程至关重要，洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
- 13.加入稀释后的酶复合物(100μL/孔)，用封板胶纸封住反应孔，37°C避光孵育30min。
 - 14.洗板5次，方法同步骤12；
 - 15.加入显色剂TMB(100μL/孔)，用封板胶纸封住反应孔，避光37°C反应10~25min。注意：
- ①在保存和使用时，请勿将TMB接触氧化剂和金属；
 - ②因实验室条件差异，最佳显色时间会有所不同，反应充分时肉眼可见标准品的前3~4孔有明显的梯度蓝色。
- 16.加入终止液(100μL/孔)，混匀后即刻使用酶标仪测量OD450，同时设定540nm或570nm作为校正波长，即可计算得到校正吸光度值(OD450-OD540或OD450-OD570)；
- 注意：读取OD值建议在10min内完成。

(四) 数据分析

17.绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标，OD值作纵坐标，利用计算机软件作四参数逻辑(4-PL)曲线拟合创建标准曲线，通过样品的OD值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。


注意：

- ①复孔OD值在20%的差异范围内结果才有效，复孔OD值取平均后可作为测量值；
- ②若样品OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

人IL-4参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 pg/mL	0.094
15.62 pg/mL	0.127
31.25 pg/mL	0.164
62.5 pg/mL	0.249
125 pg/mL	0.392
250 pg/mL	0.748
500 pg/mL	1.363
1,000 pg/mL	2.335



注意：本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

保存条件

2~8°C保存，自生产之日起6个月有效；长期储存请置于-20°C，自生产之日起12个月有效。

注意事项

- 1.浓缩洗涤液低温情况下可能会出现结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液；
- 2.严禁混用不同批号试剂盒的组分；
- 3.加样过程请避免产生气泡，实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀，否则会使结果产生较大误差；
- 4.说明书中提到的室温条件，请严格控制在25~28°C；
- 5.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 6.本产品仅限科研使用。

J240101

