

人激活素受体样激酶 1 酶联免疫吸附测定试剂盒

产品编号: MA0799 规格: 96 次

产品内容

产品组成	体积/数量
人 ALK-1 预包被板	8 孔条×12 个
样品稀释液	30mL
重组人 ALK-1 标准品(冻干)	2 支(10ng/支)
生物素标记人 ALK-1 抗体	130 μL(效价 1:100)
抗体稀释液	12mL
酶复合物(HRP 标记的链霉亲和素)	130 μL(效价 1:100)
酶复合物稀释液	12mL
浓缩洗涤液(25×)	30mL
显色剂 TMB	10mL
终止液	10mL
封板胶纸	4 张

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法，用于检测样品中人ALK-1的浓度。人ALK-1捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的人ALK-1会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入生物素标记的人ALK-1抗体后，抗人ALK-1抗体与人ALK-1接合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入酶复合物，生物素与酶复合物特异性结合，这样酶复合物上的HRP就与夹心的免疫复合物连接起来，而其它游离成分则通过洗涤被除去。最后加入显色剂，若样品中存在人ALK-1，则会形成免疫复合物，其上连接的HRP会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取450nm处的OD值，人ALK-1浓度与OD450值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中OD值，即可计算出样品中人ALK-1的浓度。

活化素受体样激酶1(Activinreceptor-like kinase-1, ALK-1)，也称为ACVRL1，是TGF-β超家族的I型受体，具有2个配体BMP9和BMP10。ALK-1主要在内皮细胞中表达，在调节血管生成中起关键作用。在存在TβR-II或激活素II型受体的情况下，ALK-1能够分别与TGF-β1或激活素结合。然而，ALK-1不会引发特定的转录反应。因此，ALK-1被认为是一种“孤儿”受体。通过ALK-1的信号传导导致细胞内Smad1/5/8级联的磷酸化，从而激活促血管生成转录因子，例如ID1和ID3。ALK-1与TGF-β1结合并磷酸化Smad1和Smad5。HepG2细胞中ALK-1的过表达抑制了ALK5介导的TGF-β1反应。ALK-1和ALK5之间的平衡可能对控制血管生成过程中内皮的特性至关重要。BMP9/BMP10/ALK-1信号通过Smad4依赖性途径控制特定基因表达程序和枯否细胞(KCs)的存活。在功能上，ALK-1的缺失导致单核细胞增生李斯特氏菌的捕获受损和大量播散性感染。



产品参数:

检测范围	46.9pg/mL~3,000pg/mL
敏感性	15pg/mL
特异性	系统和其它因子无交叉反应
样本类型	人血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清

使用方法

(一) 样品制备

1.根据样品种类选择相应的处理方法:

(1) 细胞上清: 将细胞培养上清液100~500×g离心5min, 去除悬浮物后即可。

(2) 血清样品: 将全血在室温下静置0.5~2h, 待其自然凝固并析出血清后, 离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血清需置于冰上待用, 请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂;

(3) 血浆样品: 使用EDTA对全血进行抗凝处理后, 混合均匀置于冰上, 离心取黄色上清即可(4℃, 1,000~2,000×g, 10min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血浆需置于冰上待用;

(4) 组织匀浆/体液: 离心去除沉淀即可。

注意:

- ①若待测样品无法及时检测, 样品制备完成后, 请分装冻存于-20℃, 避免反复冻融;
- ②请保证待测样品清澈透明, 检测前如发现样品中有悬浮物, 需通过离心去除;
- ③为了保证检测结果准确, 请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样本

查阅相关文献, 预估样品中待测因子的含量, 从而确定适当的稀释倍数, 使稀释后样品中待测因子的浓度处于ELISA试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同, 分别采取不同的稀释方案:

- (1) 待测因子含量在30~300ng/mL范围内, 一般按1:100稀释, 即向297 μL样品稀释液中加入3 μL样品;
- (2) 待测因子含量在3~30ng/mL范围内, 一般按1:10稀释, 即向225 μL样品稀释液中加入25 μL样品;
- (3) 待测因子含量在46.9~3,000pg/mL范围内, 一般按1:2稀释, 即向100 μL样品稀释液中加入100 μL样品;
- (4) 待测因子含量≤46.9pg/mL, 样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考, 实验中请详细记录样品的稀释方法。

(二) 检测准备工作

3.试剂盒自4℃冰箱取出后, 请置于室温平衡20min; 如从-20℃取出, 各组分需彻底融化后再平衡20min; 检测完成后, 剩余试剂请及时置于4℃或-20℃保存。

4.将浓缩洗涤液(25×)用双蒸水或去离子水稀释成1×洗涤液。



5.重组人ALK-1标准品的稀释和使用(在使用前2h内准备, 室温操作, 请严格控制在25~28°C)

(1) 配制10ng/mL标准品: 取1mL样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置15min以上, 然后反复颠倒/搓动以助溶解;

(2) 配制3,000pg/mL标准品: 取300 μ L 10ng/mL的标准品加入有700 μ L样品稀释液的EP管中, 混匀, 做上标记;

(3) 按下表将3,000pg/mL标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为3,000pg/mL, 将标准品稀释液作为浓度0pg/mL。)

管号	稀释液用量(μ L)	复溶后标准品用量(μ L)	标准品的最终浓度(pg/mL)
A	0	1000	3,000
B	300	300(从A管取出)	1,500
C	300	300(从B管取出)	750
D	300	300(从C管取出)	375
E	300	300(从D管取出)	187.5
F	300	300(从E管取出)	93.75
G	300	300(从F管取出)	46.88
H	300	0	0

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6.准备生物素标记人ALK-1抗体工作液

(1) 按每孔需添加100 μ L抗体工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制100~200 μ L);

(2) 按1 μ L生物素标记人ALK-1抗体添加99 μ L抗体稀释液的比例配制工作液, 轻轻混匀。

7.准备酶复合物工作液(需在使用前1h内准备)

(1) 按每孔需添加100 μ L酶复合物工作液, 计算其总用量(为弥补操作中的损耗, 需多配制100~200 μ L);

(2) 按1 μ L酶复合物添加99 μ L酶复合物稀释液的比例配制工作液, 轻轻混匀。

(三) 检测流程

8.通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于4°C或-20°C。

注意:

①标准品和样品建议做双复孔检测;

②每次实验均需绘制标准曲线。

9.将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品(100 μ L/孔)分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37°C孵育90min。

注意:

①请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;

②整个加样过程不宜超过10min, 否则可能会影响检测结果。

10.甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干。



11.加入稀释后的生物素标记人ALK-1抗体工作液(100 μ L/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37 $^{\circ}$ C孵育60min。

12.洗板5次, 每孔1 \times 洗涤液用量为300 μ L, 注入与吸出间隔15~30s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干。

注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。

13.加入稀释后的酶复合物(100 μ L/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37 $^{\circ}$ C避光孵育30min。

14.洗板5次, 方法同步骤12;

15.加入显色剂TMB(100 μ L/孔), 用封板胶纸封住反应孔, 避光37 $^{\circ}$ C反应10~25min。注意:

- ①在保存和使用时, 请勿将TMB接触氧化剂和金属;
- ②因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前3~4孔有明显的梯度蓝色。

16.加入终止液(100 μ L/孔), 混匀后即刻使用酶标仪测量OD450, 同时设定540nm或570nm作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值(OD450-OD540或OD450-OD570);

注意: 读取OD值建议在10min内完成。

(四) 数据分析

17.绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑(4-PL)曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的OD值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。


注意:

- ①复孔OD值在20%的差异范围内结果才有效, 复孔OD值取平均后可作为测量值;
- ②若样品OD值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

人ALK-1参考标准曲线

标准品浓度	O.D.
0 pg/mL	0.064
46.88 pg/mL	0.185
93.75 pg/mL	0.353
187.5 pg/mL	0.694
375 pg/mL	1.238
750 pg/mL	1.836
1,500 pg/mL	2.280
3,000 pg/mL	2.521



注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

保存条件



2~8℃保存，自生产之日起6个月有效；长期储存请置于-20℃，自生产之日起12个月有效。

注意事项

1. 浓缩洗涤液低温情况下可能会出现结晶，请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液；
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分；
3. 加样过程请避免产生气泡，实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀，否则会使结果产生较大误差；
4. 说明书中提到的室温条件，请严格控制在25~28℃；
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
6. 本产品仅限科研使用。

J240101

