

金胺 O ; Auramine O


产品编号 : MB1852

质量标准 : BS

包装规格 : 25G

产品形式 : 黄色粉末

基本信息

分子式	C17H21N3.HCl	结 构 式	
分子量	303.83		
CAS No.	2465-27-2		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	易溶于热水 冷水 10 g/l (20°C) 溶于 DMF、丙酮 95% Ethanol : 1mg/ml		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。 水溶液温度超过 70°C时会分解为四甲基苯甲酮		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介: 金胺 O, 又称盐基淡黄、金丝雀黄、奥黄、碱性槐黄等, 为化工色素, 被国际癌症研究所 (IARC) 列为人类致癌化合物。主要用于醋纤、棉织品的染色, 和纸张、皮革、油漆等的着色。

别名: 金胺 O ;碱性黄 2, 碱性嫩黄 O,盐基淡黄,盐基槐黄,碱性槐黄, 4,4'-碳亚氨基双(N,N-二甲基苯胺)单盐酸盐,碱性淡黄 O ;4,4'-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride C.I. 41000

Basic Yellow 2 Pyoctaninum aureum

物理性状及指标:

外观:黄色粉末

熔点:>250 °C (dec.)(lit.)

absorption:λmax 370 nm

.....λmax 434 nm (2nd)

溶解性:易溶于热水, 冷水 10 g/l (20°C); 溶于 DMF、丙酮 ; 95% Ethanol : 1mg/ml

储存条件: 常温, 避光防潮密闭干燥

用途及描述: 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 严禁用于人体。金胺 O 主要应用于结核杆菌等抗酸性菌的荧光染色。抗酸性菌用荧光染料 Auramine O(金胺 O)染色后, 用含有紫外光源的荧光显微镜检查, 将会发出闪亮的橘黄颜色。这种方法可用较低倍镜检, 因此能更快速找出抗酸性菌。

【注意】

- 我司产品为非无菌包装, 若用于细胞培养, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分类：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到官底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，官底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定成了误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。